

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO / PUNCIÓN PROFESIONAL / UNISTIK® 2 NEONATAL

LANCETAS DE BIOSEGURIDAD ESTÉRILES  
DESECHABLES. USO PROFESIONAL

A. MENARINI DIAGNOSTICS

## Unistik® 2 Neonatal



### UNISTIK® 2 NEONATAL

Lancetas de bioseguridad estériles desechables

**Calibre:** 18 G (1,2 mm)  
**Profundidad de  
punción:** 1,8 mm  
**Media de volumen  
de muestra  
obtenida:** Aprox. 100 µL

**Presentación:** Caja que contiene 100 dispositivos  
de punción  
**Código:** 27702  
**Temperatura de  
almacenamiento:** Temperatura ambiente. De 1 a 30°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNISTIK® 2 NEONATAL

**Diseño:** Lanceta y pinchador integrados en un solo dispositivo  
Diseño anatómico especial de la plataforma para uso en neonatos  
Aguja especial asimétrica (cuchilla)

**Composición:** Aguja: acero inoxidable 304  
Cuerpo de la lanceta: Polipropileno Homopolímero HD81DMO de alta densidad

**Esterilización:** La aguja está esterilizada con radiación Gamma y protegida por un capuchón hasta el momento de la punción

**Látex:** El producto NO contiene látex

**Tipos de  
pacientes:** Neonatos

**Usos indicados:** Punción en el talón



**BIOSEGURIDAD****Punción profesional sin riesgo para el usuario:****Monouso:**

El dispositivo es monouso, totalmente desechable una vez realizada la punción

**No recargable:**


No es posible recargar el dispositivo para una reutilización

**Sistema retracción de aguja:**


Una vez realizada la punción, la aguja queda en el interior del dispositivo para evitar cualquier punción accidental

**Seguro:**

Incorpora un sistema que evita la activación involuntaria del dispositivo

**MODO DE USO****Punción sencilla:**

Paso 1:  
Empujar el capuchón hacia el interior de la Unistik hasta oír un click



Paso 2:  
Girar el capuchón, tirar hacia fuera y desecharlo



Paso 3:  
Situar el extremo de la Unistik en la zona de muestra y activar el dispositivo

**Requisitos Legales**

Directiva 93/42/CE y 2007/47/EC para Productos Sanitarios. Real Decreto 1591/2009 para Productos Sanitarios. Clasificación IIa